



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center



T T T S - W T 2 0 2 0 5 3 0 8




检验报告

Test Report

第1页 共4页

Page 1 of 4

客户提供信息及要求 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	浙江海派医药有限公司 Zhejiang Haipai Pharmaceutical Co.,Ltd 浙江省温州市瓯海区南白象街道西象锦园2幢一、二层、3幢一、二层 Floor 1 And Floor 2, Building 2, Xixiang Jinyuan, Nanbaixiang Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China			送样人: Contact	---
	生产单位/地址 Manufacturer	浙江海派医药有限公司 Zhejiang Haipai Pharmaceutical Co.,Ltd 浙江省温州市瓯海区南白象街道西象锦园2幢一、二层、3幢一、二层 Floor 1 And Floor 2, Building 2, Xixiang Jinyuan, Nanbaixiang Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China				
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	一次性使用医用口罩 Disposable Medical Mask	商标: Trademark	/	
		样品总数: Sample Count	100个 100Piece(s)	颜色: Colour	/	
		号型规格: Size	14.5*9.0cm	安全类别: Safety Category	/	
	质量等级: Quality Grade	/				
	产品款号或货号: Style No. or Order No.	20200701				
	判定标准: Test Standards	EN 14683:2019+AC:2019 医用口罩-要求和试验方法 Medical face masks - Requirements and test methods				
	样品描述 Test Part Description	1# 蓝色口罩 Blue Mask				
	检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品接收日期 Date of Submission	2020-07-08	报告发布日期 Date of checking	2020-07-18
	检验日期 Test Date	2020-07-08 到 2020-07-17 To				
	执行标准 Test Standards	见附页 See next page(s)				
	检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s). 检验单位盖章 Stamp of Inspection Unit				
	备注 Remarks	何振签字领域: 微生物检测项目; 单学蕾签字领域: 除微生物检测项目以外的全部检测项目。 Signature Field of He Zhen: Microbe test item; Signature Field of Shan Xuelei: All test items except for Microbe test item.				



批准:
Approver

单学蕾

审核:
Checker

吴春英

编制:
Editor

张苏



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验报告

Test Report

第2页 共4页

Page 2 of 4

TTTS-WT20205308

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclu sions	执行标准/备注 Test Method/ Remarks
1# 蓝色口罩 Blue Mask						
压力差 (II R型) Differential Pressure (Type II R)	/	Pa/cm ²	<60	34	符合 Pass	EN 14683:2019+AC: 2019
合成血液穿透性 (II R型) Splash Resistance Pressure (Type II R)	/	kPa	≥16.0	≥16.0	符合 Pass	ISO 22609:2004
细菌过滤效率 (II R型) Bacterial Filtration Efficiency (Type II R)	/	%	≥98	1: 99.63 2: 99.45 3: 99.68 4: 98.57 5: 99.31	符合 Pass	EN 14683:2019+AC: 2019
微生物洁净度 (生物负载) Microbial Cleanliness (Bioburden)	/	CFU/g	≤30	1	符合 Pass	EN 14683:2019+AC: 2019 EN ISO 11737-1: 2018



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验报告

Test Report

TTTS-WT20205308

第3页 共4页
Page 3 of 4

样 品 Sample





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验报告

Test Report

【注意事项】

POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

Page 4 of 4

1. 检验报告无“检验专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无编写、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by editor, checker and approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 检验报告或复制报告未加盖骑缝章无效 (报告页数多于1页时)。
Report and copy report is invalid without stamp of "Paging Seal" (When the page number more than 1).
6. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
7. 对于检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
8. 未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司

Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

China National Clothing Quality Inspection & Supervision Center (Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

China National Knitted Product Quality Supervision Testing Center

地址: 天津市南开区鹊桥路25号

Address: No.25, Queqiao Road, Nankai District, Tianjin, China



扫码下载电子报告



扫码关注天纺标